DPG-2.5系列數位壓力錶操作說明

一、產品簡介

DPG-2.5系列是一款效能優良的經濟型數位壓力錶，特別設計與不鏽鋼兼容的各種空氣與液體壓力測量的應用。搭配最新的溫度補償技術、小型且操作簡單的特性，於5000psi 的量測範圍內，提供±1.0%F.S.以上的精確度。
使用上可達1年的電池使用壽命，也提供不同的壓力單位選擇、歸零、背光、自動關機，以符合各種工業、商業領域的應用。

二、產品規格

有橡膠皮套

電源供應：CR123A (3.0V 1400mAh)
電池壽命：無使用背光1年
壓力範圍：0~5000psi
壓力單位：psi，bar，MPa，kg/cm^2
工作溫度：-10℃~+60℃
保存溫度：-20℃~+70℃
工作濕度：35~85%RH
精　　度：±1.0%F.S. (0~50℃)
接 續 部：1/4″ PT(常規)，1/4″ NPT，1/8″ PT，1/8″ NPT，不鏽鋼牙口
量測介質：與不鏽鋼兼容的氣體及液體

三、按鍵說明

無橡膠皮套

ON / UNIT / OFF：開機、單位切換、關機
RESET：壓力歸零

四、操作說明

1. 按住″ ON / UNIT / OFF″ 3秒可開 / 關機；每按一下可切換單位。
2. 按住″ RESET″ 3秒，螢幕將顯示″ 8888″ 且數值歸零，請確保此時壓力錶內無壓力。
(操作前請先從管路拆下壓力錶，若在密閉管路或管路中仍有壓力時，請勿使用此功能)
3. 同時按住″ ON / U / OFF″ 與″ RESET″ 3秒，螢幕上會出現OFF or ON，可設定是否要自動關機 (10分鐘自動關機)。
4. 按一下″ RESET″ ，可開啟背光

五、安裝注意事項

1. 首先以手握緊錶體，對正母牙口後，順時針方向轉進母牙2~4牙深，略緊即停止。
2. 使用合適的開口扳手對準六角牙口，旋轉鎖緊即可。

六、注意事項

拆卸和安裝必須以開口扳手操作，如直接用手轉緊錶頭，會使面板變形或線材斷裂，屬人為疏失，恕不在保固範圍內。

昶特有限公司
ATLANTIS®
11289台北市北投區致遠一路二段109號1F
TEL：(02)2820-3405　E-mail：ian@atlantis.com.tw
FAX：(02)2820-3406　nori@atlantis.com.tw
http://www.atlantis.tw

Ver.22.3.22

DMPG-A2.5系列數位微壓錶操作說明

一、產品簡介

DMPG-A2.5系列是一款效能優良的經濟型數位微壓錶，特別設計於各種空氣壓力量測的應用。搭配最新的溫度補償技術、小型且操作簡單的特性，於真空至5000mmWC 的量測範圍內，提供±1.0%F.S. 的精確度。
除設計可達1年的電池使用壽命，也提供不同的壓力單位選擇、歸零、背光、自動關機，以符合各種工業、商業領域的應用。

二、產品規格

有橡膠皮套

電源供應：CR123A (3.0V 1400mAh)

電池壽命：無使用背光1年

壓力範圍：±300~±2000mmWC (逾±2000~±5000mmWC可訂製)

壓力單位：psi，mbar，mmWC，InWC

工作溫度：-10℃~+60℃

工作濕度：35~85%RH

精　　度：±1.0%F.S. (0~50℃)

接 續 部：1/4″ PT(常規)，不鏽鋼牙口

量測介質：純淨無腐蝕性之氣體

無橡膠皮套

三、按鍵說明

ON / U / OFF：開機、單位切換、關機

RESET：壓力歸零

四、操作說明

1. 按住″ON / U / OFF″3秒可開 / 關機；每按一下可切換單位。
2. 按住″RESET″3秒，螢幕將顯示″8888″且數值歸零，請確保此時壓力錶內無壓力。
(操作前請先從管路拆下壓力錶，若在密閉管路或管路中仍有壓力時，請勿使用此功能)
3. 同時按住″ON / U / OFF″與″RESET″3秒，螢幕上會出現OFF or ON，可設定是否要自動關機 (10分鐘自動關機)。
4. 按一下″RESET″，可開啟背光

五、安裝注意事項

1. 首先以手握緊錶體，對正母牙口後，順時針方向轉進母牙2~4牙深，略緊即停止。
2. 使用合適的開口扳手對準六角牙口，旋轉鎖緊即可。

六、注意事項

拆卸和安裝必須以開口扳手操作，如直接用手轉緊錶頭，會使面板變形或線材斷裂，屬人為疏失，恕不在保固範圍內。

官方網站　　加入Line好友

ATLANTIS®

Ver.22.3.22