# 溫度記錄器

## 型號: TR

## 簡介

**紀錄機制: 紀錄紙旋轉, 紀錄筆記錄, 標準為單筆紀錄, 也可做雙筆紀錄.**

| 主要規格 | 其他規格 |
|---|---|
| **▼面徑** | **▼上蓋** |
| 8”, 10”, 12” | 鋁合金鑄造 |
| **▼鏡面** | 烤黑漆 |
| 玻璃 (選項: 強化玻璃) | **▼背殼** |
| O 環密封 | 鋁合金鑄造 |
| **▼螺紋尺寸** | 烤黑漆 |
| 材質: 不鏽鋼 304 / 銅合金 | **▼紀錄紙** |
| O 環密封 | 100 張 |
| 1/2” | **▼紀錄期間** |
| **▼螺紋種類** | 12 小時, 24 小時電子鐘, 7 天 1 回轉 |
| BSPT, NPT, PF | **▼量測元件** |
| **▼測棒** | 巴登管 |
| 材質: 不鏽鋼 304 / 銅合金 | 材質: 銅合金 |
| 外徑: 1/2” (12mm) | 氣體膨脹式 |
| 長度: 標準 6” | **▼毛細管** |
| **▼溫度範圍** | 不鏽鋼 304 |
| 最小 -50°C | 外徑: 6.35mm |
| 最大 +500°C | 長度: 3m |
| **▼適用流體** | **▼溫度精度** |
| 與接續部兼容的液體及氣體 | 1.5% |
| **▼使用條件** | **▼工作溫度** |
| 儀錶頂端不能接觸超過 90°C 以上的溫度 | 穩定: 3/4* 全刻劃 |
| 測棒不能長期暴露: 超過全刻劃 1/2 或是 400°C 以上 | 短時間: 1* 全刻劃 |
| (建議加裝套管) | |
| **▼防護等級** | |
| IP 54 | |

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 連續了解溫度值之變化

| 溫度範圍(℃) | 最小刻度(℃) | 回轉一周時間(hr) | 回轉一周時間(hr) |
|---|---|---|---|
| -30~50℃ | 1 | | 24 |
| -10~50℃ | 1 | | 24 |
| -50~50℃ | 1 | | 24 |
| 0~50℃ | 1 | | 24 |
| 0~80℃ | 1 | | 24 |
| 0~100℃ | 2 | 12 | 24 |
| 0~120℃ | 2 | 12 | 24 |
| 0~150℃ | 2 | 12 | 24 |
| 0~200℃ | 5 | 12 | 24 |
| 0~250℃ | 5 | 12 | 24 |
| 0~300℃ | 5 | 12 | 24 |
| 0~400℃ | 10 | 12 | 24 |
| 0~500℃ | 10 | | 24 |

## 如何選型

| TR | 10″ | 1/2″ | BSPT | 0…50℃ | | S | 6″ | 12mm | 4m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 面徑 | 牙口 | 螺紋 | 溫度範圍 | Code | 測棒材質 | 測棒長度 | 外徑 | 毛細管 |
| TR | 8″ | 1/2″ | BSPT | -30~50℃ | S | 不鏽鋼 304 | 6″ | 12 mm | 3m (標準) |
| | 10″ | | NPT | -10~50℃ | B | 銅合金 | 9″ | 15 mm | +1m (至少) |
| | 12″ | | PF | -50~50℃ | | | 12″ | | |
| | | | | 0~50℃ | | | | | |
| | | | | 0~80℃ | | | | | |
| | | | | 0~100℃ | | | | | |
| | | | | 0~120℃ | | | | | |
| | | | | 0~150℃ | | | | | |
| | | | | 0~200℃ | | | | | |
| | | | | 0~250℃ | | | | | |
| | | | | 0~300℃ | | | | | |
| | | | | 0~400℃ | | | | | |
| | | | | 0~500℃ | | | | | |

如何選型: TR - 10″ - 1/2″ - BSPT - 0…50℃ - S - 6″ - 12mm - 4m

其他要求

- 出廠報告
- 錶體嚴格密封處理 IP67 (Silicon sealing)
- 客製面板 (刻度、顏色)
- 鏡面密封 O 環材質: 橡膠(標準)、矽膠
- 內層銅外層不鏽鋼 304 隔測導管
- 內外層不鏽鋼 304 隔測導管
- 活動牙形式: 非活動牙、活動雙公牙
- 毛細管塗佈 (Capillary Coating)
- 吊牌
- 測棒不鏽鋼 316
- 背殼不鏽鋼 316
- 第三公證報告
- 精度: 1%
- 量測元件: 水銀膨脹式